

EG-Konformitätserklärung

Hersteller:
 KayserBetten GmbH & Co. KG
 Rieper Str. 12
 D-29683 Bad Fallingbostel
 SRN: DE-MF-000006910

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die unten aufgeführten Produkte den einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Verordnungen entsprechen.

| Produktbezeichnung | Risikoklasse <small>(EU) 2017/745 Anhang VIII</small> | Basis UDI-DI |
|---------------------------|--|--------------------------|
| KayserBett TIMMY 1 | I | 426038961TIMMY1HL |
| KayserBett TIMMY 2 | I | 426038961TIMMY2HN |
| KayserBett TIMMY easyLift | I | 426038961TIMMYEASYLIFT62 |
| KayserBett TIMMY Teleskop | I | 426038961TIMMYTELESKOP9S |

Zweckbestimmung:
 Kinderpflegebetten dienen chronisch kranken und/oder körperlich/geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen der pflegerisch, therapeutischen Versorgung und als Schlaf- und Liegestätte.

Verordnungen:
(EU) 2017/745 Verordnung über Medizinprodukte

Konformitätsbewertungsverfahren (EU) 2017/745:
Anhang II, Anhang III, Anhang IV, Anhang V

Angewandte anwendbare Teile der Normen:
DIN EN 50637:2018
DIN EN 60601-1:2013
DIN EN 60601-2-52:2016
DIN 32623:2009
DIN EN 716-1:2019

Bei relevanten Änderungen an den o.g. Medizinprodukten verliert diese Konformitätserklärung, gemäß den Vorgaben aus EK-Med Beschluss 3.9 A4 der ZLG ihre Gültigkeit.

Bad Fallingbostel, 23.06.2022



Torsten Kappenberg / Geschäftsführer



Jens Lübber / Leitung Medizintechnik, PRRC